



RAPORT DE INCERCARI

Seria: B Nr: 301 Data emiterii: 26.04.2021
Exemplar nr. 1

CLIENT

Adresa

Comanda

DENUMIRE PROBA

Esantionare

Prezentare proba

Data primirii probei

Data/Perioada efectuării

SC NEXT MEDIA ADVERTISING SRL

Str. Avram Iancu, nr. 1-3, Sibiu

-/01.04.2021

ANIOS GEL 800 (lot nr. C10506S, exp. 03/2023)

Efectuata de client

Produs biocid pe baza de alcooli

Gel incolor, ambalat in recipient de plastic alb original, etichetat si sigilat, 500 mL

26.03.2021

01.04.2021-26.04.2021

REZULTATE

Cod proba	Determinare	Rezultate	U.M.	Metoda de determinare
815 B	Confirmare alcool etilic	Prezent	-	Procedura interna PO-ATI-116, Ed. 5 Rev. 0
	Concentratie de alcool etilic	81,0	% m/m	

CONCLUZII SI OBSERVATII

Declaratia de conformitate:

Regula de decizie:

daca $V_d - U \leq V_m \leq V_d + U$ - produsul este conform;
daca $V_m < V_d - U$ - produsul este neconform;
daca $V_m > V_d + U$ - conformitatea produsului este discutabila,

in care: V_d - valoarea declarata de producator;
 V_m - valoarea masurata;

U - incertitudinea de masurare, pentru un grad de acoperire (incredere) de 95 %.

ATENTIE: Rezultatele cuprinse in acest raport se refera strict la obiectele supuse incercarilor.
Se interzice reproducerea partiala a prezentului document

Date pentru evaluarea conformitatii

Analit	U.M.	Valoare, (V_m)	Specificatia raportata pe eticheta produsului, (V_d)	Incertitudinea de masurare, U ($k=2$)	Declaratie
Etanol	% (m/m)	81,0	80	$\pm 1,9$	conform

Declaratie finala: **Produsul este conform**

- Riscul producatorului, $\alpha = 5,0 \%$, probabilitatea de a respinge ca neconforma o proba conforma;
- Riscul cumparatorului, $\beta = 94,3 \%$, probabilitatea de a accepta o proba neconforma ca fiind conforma;
- Puterea testului, $\pi = 5,7 \%$, probabilitatea de a respinge in mod just produsul ca neconform.

Incheierea raportului de incercari

Director General
dr. bio

Manager Tehnic
dr. c

Analisti



ATENTIE: Rezultatele cuprinse in acest raport se refera strict la obiectele supuse incercarilor.
Se interzice reproducerea partiala a prezentului document



RAPORT DE INCERCARI

Seria: B Nr: 342 Data emiterii: 28.04.2021
Exemplar nr. 1

CLIENT

Adresa

Contract

DENUMIRE PROBA

Esantionare

Prezentare proba

Data primirii probei

Data/Perioada efectuării

SC NEXT MEDIA ADVERTISING SRL

Str. Avram Iancu, nr. 1-3, Sibiu

Comanda nr. -/01.04.2021

SKINSAN SCRUB N (lot nr. 5250 PRO203, exp. 05/2023)

Efectuata de client

Produs biocid pe baza de saruri cuaternare si clorhexidina

Gel portocaliu deschis, transparent, ambalat in recipient de plastic alb original, etichetat si sigilat, 500 mL.

26.03.2021

06.04-28.04.2021

REZULTATE

Cod proba	Analit	Valoare	U.M.	Nr. Anexa	Metoda de analiza
816 B	Confirmare clorhexidina digluconat	Prezent	-	Anexa 1	Procedura interna PO-ATI-112, Ed. 5 Rev. 0
	Concentratie clorhexidina digluconat	0,89	% (m/m)	-	
	Confirmare clorura de didecildimetil amoniu	Prezent	-	Anexa 2	Procedura interna PO-ATI-110, Ed. 5 Rev. 0
	Determinare concentratie clorura de didecildimetil amoniu	0,92	% (m/m)	-	

CONCLUZII SI OBSERVATII

Rezultatele incercarilor se refera strict la continutul recipientului transmis spre analiza si nu la intregul lot din care a fost prelevata proba.

Regula de decizie:

daca $V_d - U \leq V_m \leq V_d + U$ - produsul este conform;

daca $V_m < V_d - U$ - produsul este neconform;

daca $V_m > V_d + U$ - conformitatea produsului este discutabila.

in care: V_d - valoarea declarata de producator;

V_m - valoarea masurata;

U - incertitudinea de masurare, pentru un grad de acoperire (incredere) de 95 %.

ATENTIE:

Rezultatele cuprinse in acest raport se refera strict la obiectele supuse incercarilor.
Se interzice reproducerea partiala a prezentului document

Date pentru evaluarea conformitatii

Analit	Valoare, (V_m) % (m/m)	Specificatia raportata pe eticheta produsului, (V_d) %	Incertitudinea de masurare, $U (k=2)$ % (m/m)	α %	β %	π %	Declaratie
Clorhexidina digluconat	0,89	0,9	0,03	5	97,8	2,2	conform
Clorura de didecildimetil amoniu	0,92	0,9	0,05	5	96,9	3,1	conform

- Riscul producatorului, α , %, probabilitatea de a respinge ca neconforma o proba conforma;
- Riscul cumparatorului, β , %, probabilitatea de a accepta o proba neconforma ca fiind conforma;
- Puterea testului π , %, probabilitatea de a respinge in mod just produsul ca neconform.

Declaratie finala: **Produsul este conform**

Incheierea raportului de incercari**Director General**

dr. bio

Manager Tehnic**Analisti****ATENTIE:**

Rezultatele cuprinse in acest raport se refera strict la obiectele supuse incercarilor.
Se interzice reproducerea partiala a prezentului document

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare
pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
Departament ANALIZE, TESTE, INCERCARI
060021 Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202
LABORATOR ANALIZE
Tel: 021-316.30.65
E-mail: laborator.analize@icechim.ro

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 843

RAPORT DE INCERCARI

Seria: B Nr: 343 Data emiterii: 27.04.2021
Exemplar nr. 1

CLIENT

Adresa

Contract

DENUMIRE PROBA

Esantionare

Prezentare proba

Data primirii probei

Data/Perioada efectuării

SC NEXT MEDIA ADVERTISING SRL

Str. Avram Iancu, nr. 1-3, Sibiu

Comanda nr. -/01.04.2021

PRETISEPT, sapun dezinfectant (lot nr. 06.11.FL.1L, exp. 11/2023)

Efectuata de client

Produs biocid pe baza de clorhexidina

Lichid transparent slab galbui, ambalat in recipient de plastic alb, original, etichetat si nesigilat, 1 L.

26.03.2021

13.04-28.04.2021

REZULTATE

Cod proba	Analit	Valoare	U.M.	Nr. Anexa	Metoda de analiza
817 B	Confirmare clorhexidina digluconat	Prezent	-	Anexa 1	Procedura interna PO-ATI-112, Ed. 5 Rev. 0
	Concentratie clorhexidina digluconat	3,49	% (m/v)	-	

CONCLUZII SI OBSERVATII

Rezultatele incercarilor se refera strict la continutul recipientului transmis spre analiza si nu la intregul lot din care a fost prelevata proba.

Declaratia de conformitate:

Regula de decizie:

daca $V_d - U \leq V_m \leq V_d + U$ - produsul este conform;

daca $V_m < V_d - U$ - produsul este neconform;

daca $V_m > V_d + U$ - conformitatea produsului este discutabila.

in care: V_d - valoarea declarata de producator;

V_m - valoarea masurata;

U - incertitudinea de masurare, pentru un grad de acoperire (incredere) de 95 %.

Specificatia raportata pe eticheta produsului (V_d): clorhexidina digluconat 4 % (m/v).

ATENTIE:

Rezultatele cuprinse in acest raport se refera strict la obiectele supuse incercarilor.
Se interzice reproducerea partiala a prezentului document

Incertitudinea de masurare pentru clorhexidina digluconat: $U = 0,10 \%$ (m/v), ($k=2$).

- Riscul producatorului, $\alpha = 5,0 \%$, probabilitatea de a respinge ca neconforma o proba conforma;
- Riscul cumparatorului, $\beta = 0,0 \%$, probabilitatea de a accepta o proba neconforma ca fiind conforma;
- Puterea testului, $\pi = 100,0 \%$, probabilitatea de a respinge in mod just produsul ca neconform.

Declaratie: **Produsul este neconform**

Incheierea raportului de incercari

Director General

dr. bio



Manager Tehnic

dr. c

Analisti

ATENTIE: Rezultatele cuprinse in acest raport se refera strict la obiectele supuse incercarilor.
Se interzice reproducerea partiala a prezentului document

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare
pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
Departament ANALIZE, TESTE, INCERCARI
060021 Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202
LABORATOR ANALIZE
Tel: 021-316.30.65
E-mail: laborator.analize@icechim.ro

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO CEI 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 843

RAPORT DE INCERCARI

Seria: B Nr: 302 Data emiterii: 26.04.2021

Exemplar nr. 1

CLIENT

Adresa

Comanda

DENUMIRE PROBA

Esantionare

Prezentare proba

Data primirii probei

Data/Perioada efectuării

SC NEXT MEDIA ADVERTISING SRL

Str. Avram Iancu, nr. 1-3, Sibiu

-/01.04.2021

HIGEEA – Alcool gel dezinfectant (lot nr. 11103, exp. 11.03.2023)

Efectuata de client

Produs biocid pe baza de alcooli

Gel incolor, ambalat in recipient de plastic alb original, etichetat si sigilat, 500 mL

26.03.2021

01.04.2021-26.04.2021

REZULTATE

Cod proba	Determinare	Rezultate	U.M.	Metoda de determinare
818 B	Confirmare alcool izopropilic	Prezent	-	Procedura interna PO-ATI-116, Ed. 5 Rev. 0
	Concentratie de alcool izopropilic	68,0	% m/m	

CONCLUZII SI OBSERVATII

Declaratia de conformitate:

Regula de decizie:

daca $V_d - U \leq V_m \leq V_d + U$ - produsul este conform;

daca $V_m < V_d - U$ - produsul este neconform;

daca $V_m > V_d + U$ - conformitatea produsului este discutabila,

in care: V_d - valoarea declarata de producator;

V_m - valoarea masurata;

U - incertitudinea de masurare, pentru un grad de acoperire (incredere) de 95 %.

Specificatia raportata pe eticheta produsului (V_d): alcool izopropilic 70 %.



ATENTIE:

Rezultatele cuprinse in acest raport se refera strict la obiectele supuse incercarilor.
Se interzice reproducerea partiala a prezentului document

Editia 5/28.11.2019

Revizia 0/28.11.2019

COD: PT-ATI-16-F1

Pag. 1/2

Date pentru evaluarea conformitatii

Analit	U.M.	Valoare, (V _m)	Specificatia raportata pe eticheta produsului, (V _d)	Incertitudinea de masurare, U (k=2)	Declaratie
Alcool izopropilic	% (m/m)	68,0	70	± 2,2	conform

Declaratie finala: **Produsul este conform**

- Riscul producatorului, $\alpha = 5,0 \%$, probabilitatea de a respinge ca neconforma o proba conforma;
- Riscul cumparatorului, $\beta = 76,4 \%$, probabilitatea de a accepta o proba neconforma ca fiind conforma;
- Puterea testului, $\pi = 23,6 \%$ probabilitatea de a respinge in mod just produsul ca neconform.

Incheierea raportului de incercari

Director General

Manager Tehnic

Analisti



ATENTIE: Rezultatele cuprinse in acest raport se refera strict la obiectele supuse incercarilor.
Se interzice reproducerea partiala a prezentului document



RAPORT DE INCERCARI

Seria: B Nr: 303 Data emiterii: 26.04.2021

Exemplar nr. 1

CLIENT

Adresa

Comanda

DENUMIRE PROBA

Esantionare

Prezentare proba

Data primirii probei

Data/Perioada efectuării

SC NEXT MEDIA ADVERTISING SRL

Str. Avram Iancu, nr. 1-3, Sibiu

-/01.04.2021

DESDERMAN PURE GEL (lot nr. 9280041, exp. 05/2023)

Efectuata de client

Produs biocid pe baza de alcooli

Gel incolor, ambalat in recipient de plastic alb original, etichetat si sigilat, 1 L

26.03.2021

01.04.2021-26.04.2021

REZULTATE

Cod proba	Determinare	Rezultate	U.M.	Metoda de determinare
819 B	Confirmare alcool etilic	Prezent	-	Procedura interna PO-ATI-116, Ed. 5 Rev. 0
	Concentratie de alcool etilic	77,8	% m/m	

CONCLUZII SI OBSERVATII

Declaratia de conformitate:

Regula de decizie:

daca $V_d - U \leq V_m \leq V_d + U$ - produsul este conform;

daca $V_m < V_d - U$ - produsul este neconform;

daca $V_m > V_d + U$ - conformitatea produsului este discutabila,

in care: V_d - valoarea declarata de producator;

V_m - valoarea masurata;

U - incertitudinea de masurare, pentru un grad de acoperire (incredere) de 95 %.

Date pentru evaluarea conformitatii

Analit	U.M.	Valoare, (V_m)	Specificatia raportata pe eticheta produsului, (V_d)	Incertitudinea de masurare, U ($k=2$)	Declaratie
Etanol	% (m/m)	77,8	78,2	$\pm 2,5$	conform

ATENTIE:

Rezultatele cuprinse in acest raport se refera strict la obiectele supuse incercarilor.
Se interzice reproducerea partiala a prezentului document

Declaratie finala: **Produsul este conform**

- Riscul producatorului, $\alpha = 5,0 \%$, probabilitatea de a respinge ca neconforma o proba conforma;
- Riscul cumparatorului, $\beta = 99,1 \%$, probabilitatea de a accepta o proba neconforma ca fiind conforma;
- Puterea testului, $\pi = 0,9 \%$, probabilitatea de a respinge in mod just produsul ca neconform.

Incheierea raportului de incercari



Director General

Manager Tehnic

Analist:

ATENTIE:

Rezultatele cuprinse in acest raport se refera strict la obiectele supuse incercarilor.
Se interzice reproducerea partiala a prezentului document

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare
pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
Departament ANALIZE, TESTE, INCERCARI
060021 Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202
LABORATOR ANALIZE
Tel: 021-316.30.65
E-mail: laborator.analize@icechim.ro

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO CEI 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 843

RAPORT DE INCERCARI

Seria: B Nr: 304 Data emiterii: 26.04.2021

Exemplar nr. 1

CLIENT

Adresa

Comanda

DENUMIRE PROBA

Esantionare

Prezentare proba

Data primirii probei

Data/Perioada efectuării

SC NEXT MEDIA ADVERTISING SRL

Str. Avram Iancu, nr. 1-3, Sibiu

-/01.04.2021

FARMEC DEZINFECTANT MAINI (lot nr. 20274 3, exp. 12/2023)

Efectuata de client

Produs biocid pe baza de alcooli

Gel incolor, ambalat in recipient de plastic alb original, etichetat si sigilat, 500 mL

26.03.2021

01.04.2021-26.04.2021

REZULTATE

Cod proba	Determinare	Rezultate	U.M.	Metoda de determinare
820 B	Confirmare alcool izopropilic	Prezent	-	Procedura interna PO-ATI-116, Ed. 5 Rev. 0
	Concentratie de alcool izopropilic	63,3	% m/m	
	Densitate la 20 °C	0,8767	g/cm ³	SR EN ISO 3838-2004 SR ISO 758:1995
	Concentratie de alcool izopropilic *	70,3	% v/v	Prin calcul pe baza concentratiei (% m/m) si densitatii (g/cm ³)

*Rezultatul nu este acoperit de acreditarea RENAR.

CONCLUZII SI OBSERVATII

Declaratia de conformitate:

Regula de decizie:

daca $V_d - U \leq V_m \leq V_d + U$ - produsul este conform;

daca $V_m < V_d - U$ - produsul este neconform;

daca $V_m > V_d + U$ - conformitatea produsului este discutabila,

in care: V_d - valoarea declarata de producator;

V_m - valoarea masurata;

U - incertitudinea de masurare, pentru un grad de acoperire (incredere) de 95 %.

ATENTIE:

Rezultatele cuprinse in acest raport se refera strict la obiectele supuse incercarilor.
Se interzice reproducerea partiala a prezentului document

Date pentru evaluarea conformitatii

Analit	U.M.	Valoare, (V _m)	Specificatia raportata pe eticheta produsului, (V _d)	Incertitudinea de masurare, U (k=2)	Declaratie
Izopropanol	% (v/v)	70,3	70	± 1,8	conform

Declaratie finala: **Produsul este conform**

- Riscul producatorului, $\alpha = 5,0 \%$, probabilitatea de a respinge ca neconforma o proba conforma;
- Riscul cumparatorului, $\beta = 99,1 \%$, probabilitatea de a accepta o proba neconforma ca fiind conforma;
- Puterea testului, $\pi = 0,9 \%$, probabilitatea de a respinge in mod just produsul ca neconform.

Incheierea raportului de incercari

Director General

Manager Tehnic

Analisti



ATENTIE:

Rezultatele cuprinse in acest raport se refera strict la obiectele supuse incercarilor.
Se interzice reproducerea partiala a prezentului document

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare
pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
Departament ANALIZE, TESTE, INCERCARI
060021 Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202
LABORATOR ANALIZE
Tel: 021-316.30.65
E-mail: laborator.analize@icechim.ro

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 843

RAPORT DE INCERCARI

Seria: B Nr: 305 Data emiterii: 26.04.2021

Exemplar nr. 1

CLIENT

Adresa

Comanda

DENUMIRE PROBA

Esantionare

Prezentare proba

Data primirii probei

Data/Perioada efectuării

SC NEXT MEDIA ADVERTISING SRL

Str. Avram Iancu, nr. 1-3, Sibiu

-/01.04.2021

HYGIENIUM DEZINFECTANT

Efectuata de client

Produs biocid pe baza de alcooli

Gel incolor, ambalat in recipient de plastic alb original, etichetat si sigilat, 1 L

26.03.2021

01.04.2021-26.04.2021

REZULTATE

Cod proba	Determinare	Rezultate	U.M.	Metoda de determinare
821 B	Confirmare alcool etilic ¹	Absent	-	Procedura interna PO-ATI-116, Ed. 5 Rev. 0
	Confirmare alcool izopropilic	Prezent	-	
	Concentratie de alcool izopropilic	64,6	% m/m	

CONCLUZII SI OBSERVATII

Specificatia raportata pe eticheta produsului: alcool etilic 70 % unitati metrice.

Substanta activa, alcoolul etilic nu s-a identificat in proba analizata.

¹Limita de detectie a metodei este de 0,04 % (m/m).

Declaratia de conformitate: Produsul este neconform

Incheierea raportului de incercari

Director General

Manager Tehnic

Analisti



ATENTIE:

Rezultatele cuprinse in acest raport se refera strict la obiectele supuse incercarilor.
Se interzice reproducerea partiala a prezentului document

OPINII/INTERPRETARI
la RAPORTUL DE INCERCARI Seria: B nr. 301-305/26.04.2021 si 342-
343/28.04.2021

Exemplar nr. 1

„Opiniile si interpretarile din prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR”

Referitor la rezultatele si interpretarile prezentate in rapoartele 301-305 B/26.04.2021 si 342-343/28.04.2021 consideram ca sunt necesare urmatoarele precizari:

- Intrucat nu exista nici reglementari nici precizari ale organismului de autorizare, sau ale producatorilor, privind praguri de toleranta pentru produsele biocide, regula de decizie privind conformitatea a luat in considerare doar incertitudinile de masurare ale laboratorului.
- Incertitudinile sunt exprimate ca incertitudini extinse pentru un prag de semnificatie, $\alpha=0,05$, ceea ce corespunde unei probabilitati de a respinge o proba conforma ca neconforma, de 5 %.
- In cazul probei 818 B – „HIGEEA – Alcool gel dezinfectant”, etichetarea este lacunara, se precizeaza ca unitate de masura %, nefiind specificat tipul (m/m; m/v; v/v).
- In cazul probei 821 B – „HYGIENIUM Dezinfectant” proba este etichetata avand 70 % (m/m) alcool etilic. In urma analizei, alcoolul etilic nu s-a identificat in aceasta proba, limita de detectie a metodei fiind de 0,04 % (m/m).
S-a constatat ca proba contine alcool izopropilic.

Incheierea raportului de incercari



Director General

Manager Tehnic

Analisti

ATENTIE:

Rezultatele cuprinse in acest raport se refera strict la obiectele supuse cercetarii.
Se interzice reproducerea partiala a prezentului document

Editia 5/28.11.2019

Revizia 0/28.11.2019

COD: PT-ATI-16-F6

Pag. 1/1